



pyramed


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kołodzieja 30
61-070 Poznań
telefon 061 646 50 50
telefaks 061 646 50 51
Poznań, dnia
17.04 2009 r

Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41
03-736 Warszawa

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszenia incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu, w związku z wystąpieniem incydentu medycznego dotyczącego rurek tracheostomijnych - nr serii 20070812 (producenta: Jiangsu Kaishou Medical Apparatus Co.,LTD) - informujemy, że podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wstrzymaniu w obrocie wszystkich rurek tracheostomijnych tego producenta w wyżej wymienionej serii.
Zdarzenie polega na rozłączeniu kołnierza rurki od samej rurki.

Prosimy odbiorców niniejszego pisma o wstrzymanie w używaniu i obrocie ww. wyrobu do chwili wyjaśnienia zdarzenia.

Z powołaniem
Przez Zarządu
Henryk Maciejski



Pyramed S.A. ul. Kołodzieja 30
61-070 Poznań

ul. Piłsudskiego 15A

01-951 Warszawa
REGON 143977402

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar ciała: 70 kg



pyramed

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kołodzieja 30
61-070 Poznań
telefon 061 646 50 50
telefaks 061 646 50 51
Poznań, dnia 17.04.2009 r.


WSTRZYMANIE W OBROCIE I UŻYWIANIU RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH

Producenta : Jiangsu Kaishou Medical Apparatus Co.,LTD.

Pyramed Sp. z o.o. wstrzymuje w obrocie i używaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następujące wyroby medyczne:

Nazwa towaru	Seria
rurka tracheostomijna	20070812

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Henryk Maciejowski



Pyramed Sp. z o.o. ul. Kołodzieja 30, 61-070 Poznań
NIP: 524-004304071

ul. Piasek 12A

61-057 Poznań
REGON: 149272447

Krajowa Izba Gospodarcza
Dzielnica Gospodarcza w Poznaniu, ul. Św. Ducha 10, 61-001 Poznań
NIP: 524-000089456