

KOMUNIKAT

Do Klientów użytkowników produktu pod nazwą „Woreczek do pobierania próbek moczu od niemowląt i małych dzieci j.u.” o numerze serii 200905.

Szanowni Klienci!

Firma „Polmil-Sprzęt Medyczny” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Ks. J. Schulza 1 informuje, iż otrzymaliśmy reklamację na dystrybuowany przez naszą firmę „woreczek do pobierania próbek moczu od niemowląt i małych dzieci j.u.” o numerze serii 200905. Reklamacja dotyczyła braku jałowości wyrobu. W związku z powyższym rozpoczęliśmy procedurę sprawdzającą, zarówno ze strony dystrybutora jak i producenta wyrobu, tj. firmy Yangzhou Wuyang Medical Equipment.

W trosce o jakość sprzedawanych wyrobów, również rzetelność badań moczu, a także bezpieczeństwo pacjentów, zwracamy się z prośbą o wstrzymanie użytkowania w/w wyrobu o numerze serii 200905, do czasu zakończenia procedury sprawdzającej. O dalszych postępach w/w sprawie będziemy Państwa informować za pośrednictwem Urzędu Rejestracji, naszej strony www.polmil.pl, a także bezpośrednio przez naszych dystrybutorów.

DYREKTOR
„Polmil-Sprzęt Medyczny”

mgr Jacek Milecki