

KOMUNIKAT

Do Klientów użytkowników produktu pod nazwą „Woreczek do pobierania próbek moczu od niemowląt i małych dzieci j.u.” o numerze serii 091020

Producent:

Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co.,Ltd
Tonga Road, Touqiao Town, 225109 Yangzhou, Chińska Republika Ludowa
Kod pocztowy: 225109

Dystrybutor w Polsce:

„Polmil-Sprzet Medyczny” Jacek Milecki
ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz
tel/fax: 52/ 348 67 66
polmil@polmil.pl

Szanowni Klienci!

W nawiązaniu do naszego komunikatu z dnia 06.10.2010 roku, dotyczącego prośby o wstrzymanie użytkowania woreczków o numerze serii 200905 informujemy, iż badania wykazały brak jałowości woreczków w/w serii. W związku z powyższym przesłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku, do badania jałowości, woreczki z bieżącej serii znajdującej się w sprzedaży o numerze **091020**.

Z przykrością informujemy, iż badania wykazały brak jałowości również w tej serii.

W związku z powyższym w trosce o jakość sprzedawanych wyrobów, również rzetelność badań moczu, a także bezpieczeństwo pacjentów, zwracamy się z prośbą o wstrzymanie użytkowania w/w wyrobu o numerze **serii 091020**, do czasu zakończenia procedury sprawdzającej. O dalszych postępach w/w sprawie będziemy Państwa informować za pośrednictwem Urzędu Rejestracji a także bezpośrednio przez naszych dystrybutorów.

DYREKTOR
„Polmil-Sprzet Medyczny”

mgr Jacek Milecki