



GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

„ZARYS” Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

dział handlowy (32) 271 69 91, fax (32) 274 72 84

http://www.zarys.com.pl e-mail: zarys@zarys.com.pl



ISO 9001:2000

Zabrze, dnia 24-08-2007

**KOMUNIKAT DOTYCZACY IGIEŁ INIEKCYJNYCH**  
**Vego fine (WYTWÓRCA : Anhui Tiankang)**  
**Serie : 070315 oraz 060925**  
**Rozmiary : 0.45; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.1; 1.2**

Uprzejmie informujemy, że ukończone zostało badanie w/w igieł iniekcyjnych pod kątem zgodności z normą PN-EN ISO 7864 w zakresie zdolności wytwarzania skrawków z korków gumowych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Zakład Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie (Protokoły: NI-1473-1474/07; 1478-1485/07; NI-1486-1500/07).

**Wniosek: igły iniekcyjne rozmiary 0.8; 0.9; 1.1; 1.2 nie mogą być stosowane do przekłuwania gumowych korków. Poza tym igły iniekcyjne w pełnym zakresie rozmiarów mogą być bez przeszkód używane według przewidzianego zastosowania.**

**W razie wątpliwości proszę o kontakt**

**nr tel: 032/376 07 33**

**Kom. 0-695 890 175**

**Z poważaniem,**

**Anna Bruniany**  
**Pełnomocnik Zarządu**  
**ds. Systemu zarządzania ISO 9001:2000**