



KOMUNIKAT z dnia 30-08-2007
w sprawie przyrządów do przetaczania krwi, serie:
- 20070125
- 20070415

Wytwórca : Weigao Group Medical
(pełna nazwa Shandong Weigao Group Medical Polymer Products, Co. Ltd)

W związku z niewyjaśnionymi sytuacjami wystąpienia w zanieczyszczeń w postaci drobin w przyrządach do przetaczania krwi niniejszym informujemy, że podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wstrzymaniu w obrocie i używaniu w/w serii przyrządów do przetaczania krwi.

Informujemy, że podjęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i zidentyfikowania zanieczyszczeń i ustalenia parametrów jakościowych wyrobów. Dotychczas wykonane badania potwierdzają jałowość przyrządów.

Bieżące informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej www.zarys.pl

Prosimy o nieużywanie w/w wyrobów do chwili pełnego wyjaśnienia sytuacji.

W dolnej części niniejszego komunikatu znajduje się formularz odpowiedzi; prosimy o określenie ilości wyrobów, które znajdują się w Placówce. Jeżeli kontaktowaliście się Państwo w sprawie ilości wyrobów, to prosimy informacji nie powtarzać.

Z poważaniem,


Anna Bruniany
Pełnomocnik Zarządu

.....
FORMULARZ ODPOWIEDZI

	Ilość /seria	Nazwa placówki
Przyrząd do przetaczania krwi		

Prosimy o wyznaczenie osoby uprawnionej do nadzorowania procesu zwrotu w/w wyrobu medycznego i wymiany i kontaktowy numer telef. :