




GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
„ZARYS” Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
dział handlowy (32) 271 69 91, fax (32) 274 72 84
<http://www.zarys.com.pl> e-mail: zarys@zarys.com.pl



ISO 9001:2000

Zabrze, dnia 6-08-2007

**Do : Dyrektor Placówki
Kierownik Apteki Szpitalnej**

Szanowni Państwo,

Na podstawie obowiązującego Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu oraz w związku z podejrzeniem wystąpienia incydentu medycznego w odniesieniu **do igieł iniekcyjnych nr serii 070315 (wytwórca Anhui Tiankang Medical Instruments)** informujemy, że podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wstrzymaniu w obrocie wszystkich igieł iniekcyjnych tego wytwórcy.

Zdarzenie polega na fragmentacji korków fiolek przy przekłuwaniu igłami VEGO fine. Drobinki korka przedostają się do wnętrza fiołki lub do komory strzykawkki. O przypadkach wystąpienia takich zdarzeń zostaliśmy poinformowani w formie zgłoszeń reklamacji jakościowej wyrobu.

Dążąc do starannego wyjaśnienia przyczyn zaobserwowanego zjawiska informujemy, że podjęliśmy stosowne kroki wobec organów Nadzoru Rynkowego a próbki materiału zostały przekazane do badania w laboratorium akredytowanym.

Prosimy Odbiorców niniejszego pisma o wstrzymanie w używaniu w/w wyrobu do chwili wyjaśnienia zdarzenia.

W razie pytań związanych z powyższą sprawą proszę o kontakt - tel. 032/376-07-33, fax 032/376-07-24, e_mail: anna_bruniany@zarys.com.pl

Anna Bruniany
Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zarządzania
ISO:9000