


Załącznik Nr 5

	ZAŁĄCZNIK	
	Strona 1	Stron 1
Wstrzymanie i wycofanie wyrobu z obrotu		Procedura Nr QP/14.02/QA/05 zamiast: QP/14.02/QA/04

Decyzja o natychmiastowym wycofaniu z obrotu i używania wyrobu medycznego

z dnia 06.09.2007

1. Nazwa: STRZYKAWKA 10 ML J.U. DWUCZEŚCIOWA; WYTWÓRCA POLFA LUBLIN S.A.2. Nr serii **070520**

Ilość sztuk w serii 172 628

3. Powód wycofania:

**PRZYCYNĄ WYCOFANIA JEST PODEJRZENIE WADY JAKOŚCIOWEJ W ZAKRESIE
CECH FIZYCZNYCH – ZANIECZYSZCZENIE CZĄSTKAMI MECHANICZNYMI .**

**PROSIMY O PRZESŁANIE DECYZJI O WYCOFANIU W/W SERII PAŃSTWA ODBIORCOM
I WYCOFANIE SERII OD ODBIORCÓW.**

**PROSIMY O ZWROT STRZYKAWEK WYCOFANYCH OD ODBIORCÓW ORAZ
OBECNYCH W PAŃSTWA MAGAZYNACH DO POLFA LUBLIN S.A.**

4. Wykaz odbiorców wg załączonego Raportu Dystrybucji

Otrzymują odbiorcy zgodnie z raportem dystrybucji z dn.06.09.2007.

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne
"POLFA" Spółka Akcyjna
20-704 Lublin, ul. Wojskowa 42
tel. (081) 525 91 11, fax (081) 525 30 96
DYREKCJA tel.: (081) 524 13 10 ; 524 12 88
REGON P - 000044003

Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ

Pełnomocnik
ds. Zarządzania Jakością

[Podpis]
Irena Szemro